

AMARYLL MANUAL BREASTPUMP

Instructions for use | Instrucciones de uso



 ARDO

1. Intended use

The Ardo Amaryll breastpump is intended to be used by lactating women to express and collect milk from their breast. The unit is intended for single users only.

2. Possible problems and troubleshooting

Weak or no vacuum:

- Ensure that the Amaryll manual breastpump has been correctly assembled and is not damaged.
- Check whether the lip valve is cracked or stuck together.
- Check that the casing cover seals well.

Pain when pumping:

- Ensure that the nipple is in the middle of the breast shell.
- Check that the breast shell size fits your nipples.
- If problems continue seek professional help.

3. User risks

There are no known contraindications.

Safety regulations: Only use after cleaning (see section on "Cleaning"). After cleaning, check for any damage.

4. Technical Information

M	Materials: Polypropylene (PP) / Silicone	 Keep packaging away from heat
	Disposal: can be safely disposed of in compliance with local regulations (Non-hazardous waste)	 Keep packaging away from moisture
	Packaging: Caution, fragile	Preferably store the Optiflow in a dark place (silicone)

Instructions for use in other languages are available at www.ardomedical.com

6.2 Pumping

- Wash your hands, sit down comfortably and relax.
- Turn the casing cover to the desired position.
- Centre the nipple so that, when pumping, it moves freely in the breast shell / breast shell insert, and pump by activating the lever.
- Adjusting the suction intensity: the further you press the lever, the greater the suction intensity.
- Adjusting the speed interval: the faster you move the lever up and down, the higher the pumping frequency.
- Our recommendation: begin at a high speed interval and a low suction intensity in order to stimulate the milk ejection reflex. Once the milk is flowing, reduce the speed interval and increase the suction intensity.





6.3 Choice of Breast Shell and Optiflow Massage insert

If your nipple rubs uncomfortably on the inner side of the funnel, use a larger breast shell / larger breast shell insert. If the areola is also sucked into the funnel, use a smaller breast shell. The Optiflow Massage insert can only be used with the 31 mm breast shell.

28 mm breast shell insert



Optiflow



7. Storage of breast milk

Check with your hospital for specific instructions!

At room temperature: 6 hours at max. 77 °F (25 °C); in the refrigerator: 5 days at max. 39 °F (4 °C); in the freezer compartment of the refrigerator (3 °F / -16 °C) 3 - 6 months; in the deep-freezer (< 0 °F / < -18 °C): 6 - 12 months.

8. Cleaning

Before first use, disassemble and boil all components for 10 minutes. Air dry before assembling and use.

After every use, wash with soapy water and rinse well. Once a day, disassemble and boil the components for 10 minutes, or put the components in the dishwasher, then dry and cover with a clean cloth. Do not clean the lip valve with a brush. The lever, casing cover and bottle stand can, but need not, be boiled. After cleaning, check for any damage.

CAUTION: Let components cool after boiling before touching them.

5. Product description

Amaryll manual breastpump:

- a.) Lever
- b.) Casing Cover
- c.+d.) Membrane pot with membrane con rod
- e.) 26 mm breast shell
- f.) 1 lip valve plus 1 spare valve
- g.) 150 ml bottle
- h.) Bottle stand
- i.) Bottle cap
- j.) Cap liner
- k.) Cleaning brush
- l.) 31 mm breast shell
- m.) 28 mm breast shell insert
- n.) 26 mm Optiflow massage insert

Amaryll Essentials Manual Breastpump:

from a to j (excluding spare lip valve)

Amaryll Kombikit:

from a to d (excluding spare lip valve)




WARNING: CHOKING HAZARD – Small parts included. Keep small parts away from babies and children.

6. Instructions for use

6.1 Assembly

Important: boil before first use (see section on cleaning).

- 1.) Assemble according to the instructions.
- 2.) Important: place the membrane pot securely over the groove of the membrane con rod. (Membrane pot: the smooth side of the membrane pot should face outwards).
- 3.) Put on the casing cover, so that one mark of the casing cover lies on top of the mark of the breast-shell, then rotate the casing cover about 0.5 cm clockwise
 - 3.1) standard Position
 - 3.2) lever position left side
 - 3.3) lever position right side
- 4.) The lever is mounted on the membrane con rod and by means of light pressure downwards clicks into the casing cover.



1. Uso previsto

El extractor de leche Amaryll de Ardo está destinado a madres lactantes para extraerse y recolectar leche materna. Este producto es para uso individual únicamente.

2. Posibles problemas y soluciones propuestas

Vacio inexistente o insuficiente:

- Asegúrese de que el extractor de leche manual Amaryll está montado correctamente y no está deteriorado.
- Compruebe si la válvula de labios tiene una grieta o está pegada.
- Compruebe si la tapa cierra herméticamente.

Dolor al bombear:

- Asegúrese de que el pezón está en el centro del embudo.
- Compruebe que el tamaño del embudo sea el adecuado para su pezón.
- Consulte con un profesional.

3. Riesgos en la aplicación

No se conoce ninguna contraindicación

Normas de seguridad: Utilizar solo cuando esté limpio o esterilizado. Tras la limpieza comprobar que no esté dañado.

4. Información técnica

M	Materiales: Polipropileno (PP) / silicona
	Eliminación: sin problemas según las disposiciones locales (no son residuos peligrosos)
	Embalaje: Precaución, frágil

	Proteger el embalaje frente al calor
	Proteger el embalaje de la humedad
	Conservar Optiflow preferentemente protegido de la luz (silicona)

Las instrucciones de uso están disponibles en otros idiomas en www.ardomedical.com.

5. Descripción del producto

Extractor de leche manual Amaryll:

- a.) Palanca
- b.) Tapa
- c.+d.) Membrana recipiente con varilla
- e.) Embudo 26 mm
- f.) 1 válvula de labios más 1 válvula de repuesto
- g.) Botella 150 ml
- h.) Base
- i.) Tapón de la botella
- j.) Tapa
- k.) Cepillo de limpieza
- l.) Embudo 31 mm
- m.) Accesorio embudo 28 mm
- n.) Accesorio de masaje Optiflow 26 mm

Extractor de leche manual Amaryll Essentials:

desde la a hasta la j (excl. la válvula de labios de repuesto)

Kombikit Amaryll:

desde la a hasta la d (excl. la válvula de labios de repuesto)



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO


Incluye piezas pequeñas. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de bebés y niños.

6. Empleo

6.1 Montaje

Importante: hervirlo antes de usarlo por primera vez (ver Limpieza).

- 1.) Montar siguiendo las instrucciones.
- 2.) Importante: La membrana recipiente encierra con firmeza la ranura para la varilla (membrana recipiente: la parte lisa de la membrana debe quedar por el exterior).
- 3.) Colocar la tapa de tal modo que su marca coincida con la del embudo. Después, girar la tapa aprox. 0,5 cm en el sentido de las agujas del reloj.
 - 3.1) Posición estándar
 - 3.2) Posición de palanca lado izquierdo
 - 3.3) Posición de palanca lado derecho
- 4.) El mango cuelga en la clavija de membrana y presionando ligeramente hacia abajo se acopla en la tapa.



6.2 Extracción

- Lávese las manos, siéntese cómodamente y relájese.
- Gire la tapa hasta la posición deseada.
- Centre el pezón de forma que al bombear se mueva libremente en el embudo / en el accesorio embudo y bombee accionando la palanca.
- Ajuste de la potencia de succión: Cuanto más presione la palanca, tanto mayor es la potencia de succión.
- Ajuste del intervalo: Cuanto más rápidamente accione la palanca, tanto mayor es la frecuencia de extracción.
- Recomendamos: Comenzar con un intervalo largo y una potencia de succión baja, para estimular el flujo de leche. Cuando la leche fluya, acortar el intervalo y aumentar la potencia de succión.





6.3 Elección del embudo y accesorio de masaje Optiflow

Si su pezón roza de forma incómoda con la parte interna del embudo, utilice un embudo / un accesorio embudo mayor. Si el embudo succiona también la areola del pezón, utilice un embudo más pequeño. El accesorio de masaje Optiflow debe utilizarse exclusivamente con el embudo 31 mm.

Accesorio embudo 28 mm



Optiflow



7. Conservación de la leche materna

Consulte con su hospital para obtener instrucciones específicas!

A temperatura ambiente: 6 h a máx. 77 °F (25 °C); en el frigorífico: 5 días a máx. 39 °F (4 °C); en el compartimento del congelador (3 °F / -16 °C): 3 - 6 meses; en el congelador (< 0 °F / < -18 °C): 6 - 12 meses.

8. Limpieza

Antes del primer uso, hervir los componentes desmontado durante 10 minutos. Seque al aire antes de armar y usar.

Después de cada uso, limpie con agua jabonosa y aclare bien. Una vez al día desmonte y hierva los componentes durante 10 minutos o métalos en el lavavajillas. A continuación, séquelos y cúbralos con un paño limpio. No limpiar la válvula con el cepillo. La palanca, la tapa y la base pueden hervirse, pero no es necesario. Tras la limpieza comprobar que no esté dañado.

PRECAUCIÓN: deje que los componentes se enfrien después de haber hervido.

Distributed in USA by:
Comit Developers
116 Toledo Drive
Lafayette, LA 70506, USA
T 844-411-ARDO (2736)
www.ardo-usa.com
customer-service@ardo-usa.com



ARDO

Ardo medical AG
Gewerbestrasse 19
6314 Unterägeri
Switzerland
T +41(0)41 754 70 70
F +41(0)41 754 70 71
info@ardo-usa.com
www.ardo-usa.com

CE 0123 Class 2a